

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

๑. ชื่อโครงการ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลลำทับ จังหวัดกระบี่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
- เต็มผู้ป่วยสามเิกแบบมือหมุนพร้อมเบาะ จำนวน ๘ เต็ม วงเงินในการจัดซื้อ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ต จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท ยูนิเวอร์ ควอลิตี้ จำกัด
 - ๔.๓ MUTCHANU Corpration Co., Ltd.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นางสาวจิต จันทระจักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 ๒. นางพิมพ์พัชร ทองทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 ๓. นางสาวระวีวรรณ อัคร์สุวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนกแบบมือหมุนพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ

โรงพยาบาลลำทับ

ความต้องการ:

เตียงผู้ป่วยแบบ 3 เอนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ปรับการทำงานด้วยมือหมุน

จุดประสงค์:

ใช้เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบ 3 เอนก ปรับการทำงานด้วยระบบมือหมุน พร้อมขาตั้งล้อลอยจากพื้นได้ เพื่อลดการรับน้ำหนักของล้อ โดยสามารถปรับพนักพิงหลัง ปรับหัวเข้าและปรับความสูง-ต่ำของเตียง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ หรือพยาบาล

คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)

1. โครงสร้างของเตียงทำจากโลหะ เคลือบกันสนิมและมีกระบวนการผลิตในการเคลือบกันสนิม (Advance electrostatic plastic) พลาสติก Medical Grade Acrylonitrile-Butadiene-Styrene
2. เตียงมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตรมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร มีความแข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้
3. ส่วนของพื้นเตียง มีขนาดความไม่น้อยกว่า 80x180 เซนติเมตร แบ่งเป็น 4 ท่อน โดยแต่ละท่อนมีขนาดไม่น้อยกว่า 70x80, 18x80, 30x80 และ 60x80 ทำจากโลหะขึ้นรูปรีดเย็น หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร บั้มขึ้นรูปเสริมโครงสร้างตารางด้านหลัง ทำให้พื้นเตียงไม่บิดผิดรูป เจาะระบายอากาศ ให้กับที่นอนเพื่อระบายอากาศ ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวเวลานอน
4. หัวเตียง และท้ายเตียง ทำจากพลาสติก Acrylonitrile - Butadiene - Styrene Medical Grade บั้มขึ้นรูป มีความแข็งแรงมีหูจับทำให้สามารถถอดออกและใส่กลับ เข้าไปได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ

.....นางสว่างจิต จันทระจักษ์ ประธานกรรมการ
.....นางพิมพ์พัชร ทองทิพย์ กรรมการ
.....นางระวีวรรณ อัครศิสุวรรณ กรรมการ

5. ราวกันเตียง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไว้กันผู้ป่วยตกจากเตียง ทำจากสแตนเลส ซีราวข้างเตียง ทำจากสแตนเลส จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ซี ห่างกันระหว่างซีไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยรอดตกเตียงได้ ราวกันสามารถกดพับขึ้น/ลงขนานกับตัวเตียงได้ โดยมีชุดมือปีบล็อค/ปลดล็อค
6. ปรับการทำงานต่างๆ ด้วยระบบมือหมุน โกวเตียงพับเก็บมิดชิดที่ท้ายเตียงโดยสามารถปรับการทำงานได้ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ปรับพนักพิงหลัง ได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา
 - 6.2 ปรับส่วนเข่าได้ไม่น้อยกว่า 35 องศา
 - 6.3 ปรับเตียงสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร พร้อมระบบโซ้คช่วยดันเตียงยกขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว
 - 6.4 ปรับเตียงต่ำสุด ได้ไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร โดยเมื่อปรับต่ำสุดจะมีขาข่ายกเตียงให้ล้อยออกจากพื้นได้
7. มีพลาสติกครอบกันกระแทก (Bumper) ทั้งสี่มุม
8. ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ส่วนยางล้อหุ้มด้วยพลาสติกสังเคราะห์อย่างดี มี จำนวน 4 ล้อ พร้อมระบบบล็อกล้อ
9. เตียงมีขาเท้า 4 ขา ยกล้อให้ลอยจากพื้น โดยใช้เกมีมือหมุน เพื่อไม่ให้เตียงลื่นไถลและยืดอายุการใช้งานให้กับล้อ
10. ที่นอน ทำด้วยวัสดุ Polyurethane Foam Medical Grade ขึ้นรูปเป็นชั้นเดียว ปลอกหุ้มทำจากผ้า Nylon ด้านใน เคลือบสาร Silver Nano (พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์) และสามารถป้องกันน้ำซึมผ่านได้ 100%, เพื่อป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรคเข้าสู่ Polyurethane Foam และที่นอนหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร ปลอกหุ้ม มีซิบริบรอบสามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้เพื่อไม่ให้เกิดการเพาะเชื้อ
11. พร้อมเสาน้ำเกลือสแตนเลส

.....	นางสว่างจิต จันทระจักษ์	ประธานกรรมการ
.....	นางพิมพ์พัชร ทองทิพย์	กรรมการ
.....	นางระวีวรรณ อัคร์สุวรรณ	กรรมการ

เงื่อนไข:

1. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. รับประกันคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบของ และภายในปีแรกถ้าสินค้าเกิดชำรุดต้องเปลี่ยนสินค้าใหม่ทดแทน
3. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้จำหน่ายและมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ที่ออกให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย
4. ผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างสินค้าของจริงมาแสดงให้ดูก่อนหรือภายในวันเปิดซอง
5. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขนส่ง ติดตั้ง ทดสอบ สาธิตการใช้ งาน จนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
6. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกสินค้าหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลขกำกับให้ตรงกับรายละเอียดครุภัณฑ์ให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันเสนอราคา

ลงชื่อ.....*สว่างจิต*.....ประธานกรรมการ

(นางสว่างจิต จันทจักร)

ลงชื่อ.....*พิมลพัชร์*.....กรรมการ

(นางพิมลพัชร์ ทองทิพย์)

ลงชื่อ.....*ระวีวรรณ*.....กรรมการ

(นางระวีวรรณ อัครศิสุวรรณ)